

2

9

15

20



Prüfanweisung

1. Karte auflegen und alle Stifte einsetzen.
2. Prüfschalter bis in Stellung 11 drehen (Schlussprüfung beider Systeme).
3. Stift A entnehmen und Prüfschalter bis in Stellung 14 drehen (Emissionsprüfung System 1).
4. Stift B in Position A stecken und Prüfschalter bis in Stellung 1 zurück drehen (Emissionsprüfung System 2).

Röhrenmeßgerät Modell W19

39
HORST MEYER, Trier 12. 11

46

PCC 88	PCC 1898	ECC 189
(59)	(62)	(67)

H

H

51

Unbrauchbar mauvais / Bad	?	G u t Good / Bon	➔
------------------------------	---	----------------------------	---

