

2

9

15

20



Prüfanweisung

1. Karte auflegen und alle Stifte einsetzen.
2. Prüfschalter bis in Stellung 11 drehen (Schlussprüfung beider Systeme).
3. Stift A entnehmen und Prüfschalter bis in Stellung 14 drehen (Emissionsprüfung System 1).
4. Stift B in Position A stecken und Prüfschalter bis in Stellung 1 zurück drehen (Emissionsprüfung System 2).

Röhrenmeßgerät Modell W19

HORST MEYER, Trier 12. 11

ECC 81	12 AT 7	ECC 80
ECC 801 (S)	12 AZ 7	E 80 CC
7728 / 6679	12 AJ 7	E 81 CC



53

59


62

67

Unbrauchbar
mauvais / Bad

?

G u t →
Good / Bon



46

